



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 72.ОЦ.01.000.М.000838.05.25 ОТ 20.05.2025 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложения.

ООО "Лаплас" по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 28 Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)
Общество с ограниченной ответственностью "Лаплас" по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 28 Российская Федерация

~~СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Взамен санитарно-эпидемиологического заключения № 72.ОЦ.01.000.М.001309.11.20 от 25.11.2020 г. Управления Роспотребнадзора по Тюменской области

Заключение действительно до

25.11.2025 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3623777



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тюменской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 72.ОЦ.01.000.М.000838.05.25 ОТ 20.05.2025 г.

Условия выполнения работ с источниками физических факторов воздействия на человека (ионизирующее излучение) согласно приложения.

Вид деятельности: эксплуатация и хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих).
Характеристика источников ионизирующего излучения:

Аппарат рентгенографический "Muitix PRO", заводской номер № 4146, год выпуска 2007. Аппарат рентгеновский для маммографии "Pinkview - AT", заводской номер № BMR- 100439, год выпуска 2020

Вид работ: диагностические исследования (общая рентгенодиагностика, маммография)

Размещение: рентгеновский кабинет, 1-й этаж двухэтажного здания клиники по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, д. 28



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0496189